



Resposta do Executivo 219/2025

Protocolo 41250 Envio em 28/07/2025 17:01:18

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0458/2025-GAP

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

**Assunto: Requerimento nº 237/2025-SO, de autoria do Vereador
Otacílio Alves de Amorim Neto.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo
nº 3535507.414.00006005/2025-27.

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o funcionamento do aparelho de mamografia da Unidade de Atendimento da Mulher, segue em anexo o Ofício nº 272/2025-SMS, com informações do Secretário Municipal de Saúde.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Referência: Processo nº
3535507.414.00006005/2025-27

SEI nº 0081998



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Assessoria de Departamento

OFÍCIO N° 272/2025- SMS

Ao Senhor

Antônio Takashi Sasada "ANTIAN"

Prefeito

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Avenida Siqueira Campos, 1430 / Paraguaçu Paulista

Assunto: Resposta ao Requerimento de Sessão 237/2025.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00006061/2025-61.

Vimos por meio deste, responder ao Requerimento de Sessão 237/2025 do Vereador Otacílio Alves de Amorim Neto, conforme segue:

1- Não.

A) Prejudicada.

B) O aparelho está inoperante por problemas no No-Break.

2- Desde 06/05/2025.

A) Primeiramente, foi feito um chamado para a Secretaria de Obras para que tentasse identificar o problema, o que não foi possível. Depois foi solicitado que o prestador que fez a instalação do aparelho fizesse uma

avaliação, que também não conseguiu identificar o problema.

Por fim, foi solicitada uma visita técnica para os fabricante do aparelho (KONIKA MINOLTA), que em contato através de chamada de vídeo identificou o problema no No-Break através de testes, não sendo necessário prosseguir com visita técnica. Foi feita solicitação para conserto do No-Break.

B) No mês de Maio foram realizados 2 exames.

3- Primeiramente, foi feito um chamado para a Secretaria de Obras para que tentasse identificar o problema, o que não foi possível. Depois foi solicitado que o prestador que fez a instalação do aparelho fizesse uma avaliação, que também não conseguiu identificar o problema.

Por fim, foi solicitada uma visita técnica para os fabricante do aparelho (KONIKA MINOLTA), que em contato através de chamada de vídeo identificou o problema no No-Break através de testes, não sendo necessário prosseguir com visita técnica. Foi feita solicitação para conserto do No-Break, conforme solicitação 2095/25, que segue em anexo.

A) Em anexo.

B) Prejudicada.

4- Média mensal de 132

A) Janeiro: 26 exames;

Fevereiro: 194 exames;

Março: 106 exames;

Abri: 180 exames;

Maio: 02 exames.

B) No ano de 2024 foram feitas 1.588 exames, uma média mensal de 132.

5- A) A mulher solicita o exame na ESF- Estratégia Saúde da Família a qual pertence, e o pedido é encaminhado para agendamento.

B) Não há agendamentos até a substituição do No-Break do mamógrafo.

Atenciosamente,

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO
Secretario Municipal de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Secretário Municipal**, em 16/07/2025, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0082095** e o código CRC **7802553E**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00006061/2025-61

SEI nº 0082095



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 CENTRO PARAGUAÇU PAULISTA CEP 19700-000

Fone. (18) 3361-9100 CNPJ 44547305/0001-93 Email - nti@eparaquacu.sp.gov.br

ata da Emissão

25/06/2025 14:25:03

**Nº Solicitação
02095/25**

Solicitação de Materiais / Serviços

Page 1 of 1

Responsável: Elaine Cristina Estela

Poder PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – S
Almoxarifado: ALMOXARIFADO - SAUDE
Centro de Custo 264 MANUT.DEPETO SAÚDE

Ficha:1109 Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO Cod A

Observação

Visita técnica, por empresa credenciada CM Comandos Lineares, 52.898.194/0001-98, com exclusividade, para possível manutenção em
No-Break compatível com mamagrafo digital: DELICATA EVOLUTION, número de série: KMC0009.
Rua Barão do rio Branco 450. Parauacu Paulista - SP.

Fornecedor:

CPF/CNPJ:

Elaine Cristina Estela
RESPONSÁVEL

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ANTONIO TAKASHI SASADA PREFEITO MUNICIPAL

LIBIO TAIETTE JÚNIOR GABINETE

TATIANI DOS SANTOS CORREA DEPTO DE PLANEJAMENTO

DENIS R. VICTORINO DA SILVA
DEPTO DE ADM E FINANÇAS

